

2024年3月1日  
株式会社タスク

「骨髓生検針シュアロック」  
「自動生検針エースカット」  
「TSKガイドニードル」  
「TSKチバニードル」  
滅菌有効期限変更のご案内

謹啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「骨髓生検針シュアロック」、「自動生検針エースカット」、「TSKガイドニードル」、「TSKチバニードル」におきまして、滅菌有効期限を従来の3年から5年へ変更いたしますので、ご案内申し上げます。

なお、今回の変更に伴う一部変更認証等の手続きはございません。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

- ① 骨髓生検針シュアロック 全サイズ（医療機器認証番号:21600BZZ00508000）
- ② 自動生検針エースカット 全サイズ（医療機器認証番号:20500BZZ00205000）
- ③ TSK ガイドニードル 全サイズ（医療機器認証番号:22200BZX00143000）
- ④ TSK チバニードル 全サイズ（医療機器認証番号:220AIBZX00076A01）

2. 変更内容

滅菌有効期限を3年から5年へ変更

3. 変更時期

対象製品	変更時期
骨髓生検針シュアロック	2024年6月製造分より順次
自動生検針エースカット	2024年4月製造分より順次
TSK ガイドニードル	2024年4月製造分より順次
TSK チバニードル	2023年8月製造分より順次

※弊社営業所での在庫期間がございますので、  
出荷時期／変更ロットについては、下記宛先までお問い合わせください。

株式会社タスク 栃木営業所 : TEL 0282-25-5340

以上